

SURGICAL FACE MASK

サージカルフェイスマスク

HM-6000

JIS 適合審査にてクラスⅠに適合と審査されました

日本産業規格　JIS T 9001
医療用マスク クラスⅠ 規格適合番号 M12111031

適合番号発行元：JHPIA

試験項目	PFE	BFE	VFE	可燃性	血液バリア	安全衛生・通気性
規格値	≧95%	≧95%	≧95%	(区分1)	10.6kPa	
適合判定	○	○	○	○	○	○

PFE:微小粒子捕集効率　BFE:バクテリア飛まつ捕集効率　VFE:ウイルス飛まつ捕集効率


50枚入 175×95mm

イヤーループタイプ

JHPIA 全国マスク工業会 会員

バリア性に優れた 三層構造

外側・フィルター・内側の
三層構造により
高いバリア性を実現。



- 高性能フィルターを内蔵し、優れた通気性を確保
- 耳が痛くなりにくいイヤーループ採用

※マスクは感染（侵入）を完全に防ぐものではありません。

使用手順



① ノーズピース中央を鼻の形に曲げる



② マスクを顔にあて、耳紐を耳にかける



③ ノーズピースを鼻と頬の形に合わせる



④ マスクを下に引き、鼻から顎まで覆う

品番

- ブルー／HM-6000E
- ホワイト／HM-6000EW

仕様

- 製品サイズ／175mm×95mm
- 入数（内箱）／50枚入
- 入数（ケース）／40箱入

MADE IN VIETNAM

製造発売元

hps 株式会社 ホスピタルサービス

〒601-8122 京都市南区上鳥羽北塔ノ本町10番地　TEL.(075)671-2361

お問い合わせ